

医療用酸素容器及び関連機器の使用上の注意点

昨今、医療用酸素容器の開放時に起きることがある、断熱圧縮や摩擦熱が広く知られております。医療用酸素容器と関連機器をご使用の際は下記の点にご注意ください。

【注意点】

- ・発火の危険性があるため、医療用酸素容器のバルブは急激に開栓しないでください。
- ・医療用酸素容器と関連機器を接続する際は、異物が混入しないようにしてください。
- ・医療用酸素容器や関連機器から、発火や異臭がある場合は、直ちに医療用酸素容器のバルブを閉め、使用を中止してください。
- ・消耗品の交換を含め、関連機器の定期的なメンテナンスを行ってください。
- ・医療用酸素容器、関連機器は改造しないでください。

